



SAMS IBITINGA

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAUDO DE ACEITABILIDADE DE AMOSTRAS

PREGÃO ELETRÔNICO/SRP Nº. 04/2022


Pelo presente instrumento, declaramos que a empresa **NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S. A.**, inscrita sob CNPJ nº 52.202.744/0001-92 apresentou amostra do produto referente ao item 19, conforme previsto no edital, na marca abaixo discriminada:


Item	Especificação	Marca	Observação
19	CATETER INTERM MAGIC3 GO MASC 12 FR 53812G CATÉTER HIDROFÍLICO de pronto uso adulto versão pocket, na versão masculina, para cateterismo intermitente limpo (CIL), de uso único, com ponta introdutória e manga de proteção, livre de toque, Confeccionado em Silicone, com revestimento hidrofílico Carbopol 974. Não possui látex, livre de ftalatos. Foi projetado para ser uniformemente lubrificado, facilitando sua inserção. Tamanho 12 FR com 40 cm de comprimento. Caixa com 30 unidades. Registro M.S.: 80689090171.	BD Bard	Reprovado

Desta forma, após conferência, **REPROVAMOS** as amostras apresentadas pela empresa acima citada pelos seguintes motivos:

1. Versão apresentada não é POCKET;
2. Produto apresentado não possui ponta introdutória nem manga de proteção livre de toque, comprometendo assim a proteção;
3. Não foi localizado em bula o revestimento hidrofílico Carbopol 974.

Ibitinga-SP, 21 de junho de 2022.


Carla Juliana Stanzani Fuzino
Membro da Comissão de avaliação
Enfermeira


Giovana Zilda Vela Teixeira
Membro da Comissão de avaliação
Enfermeira