

**Assunto:** Re: ESCLARECIMENTO - PE 03/2023 - DESCRITIVO INCOMPLETO

**De:** Compras-Sams <compras@samsibitinga.sp.gov.br>

**Data:** 22/03/2023 17:48

**Para:** cristiana.sousa@alliage-global.com

**CC:** licitacao@alliage-global.com

Boa tarde, Prezados.

Em atenção ao pedido de esclarecimento e em consulta ao Departamento demandante, segue resposta: *"O item 11 refere-se a uma emenda impositiva dos vereadores o qual o descritivo foi anexado na lei que aprovou o recurso, portanto não podemos modificar o descritivo. O produto tem que estar em pleno funcionamento, como bem informado o produto só funciona com os transdutores da marca, não podendo a administração receber um produto que não funcionará."*

Atenciosamente,



**Gilson de Lima Salustiano**  
Analista de Compras  
Departamento de Compras e Licitações  
(16) 3352-7080  
<http://www.samsibitinga.sp.gov.br/>

Em 22/03/2023 11:10, [cristiana.sousa@alliage-global.com](mailto:cristiana.sousa@alliage-global.com) escreveu:

#### **PEDIDO DE ESCLARECIMENTO AO EDITAL**

À Comissão de Licitação  
Pregão Eletrônico nº 03/2023

OBJETO: O objeto da presente licitação é o registro de preços para aquisição futura e parcelada de equipamentos e material permanente, de acordo com as especificações e quantidades constantes do Anexo I – Termo de Referência, parte integrante deste Edital.

Prezados Senhores,

ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA, inscrita no CNPJ N° 55.979.736/0001-45, por intermédio de seu representante legal, apresenta a seguinte solicitação de esclarecimento relativo ao item abaixo do edital:

#### **ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA**

Em relação as características técnicas solicitamos esclarecimentos quanto aos modelos dos transdutores que o Órgão espera receber, pois no descritivo não é detalhado, segue:

- ITEM 11

*"Vasta seleção de transdutores tornando o sistema adequado para diversas aplicações. Sendo eles: Transdutores lineares, convexos, micro convexo, setorial, transesofágico, laparoscópico e volumétrico convexo com proteção antibactericida e alta resistência a corrosão."*

Editais falam em possibilidade de conexão e compatibilidade, é sabido que os modelos/marcas dos transdutores somente podem ser usados nos próprios modelos/marcas dos equipamentos, portanto, não é possível adquirir um equipamento de modelo/marca específica e transdutores de modelos/marcas diferentes.

Diante disto, para uma aquisição adequada a necessidade deste órgão, solicitamos que seja detalhado os modelos dos transdutores, inclusive com as faixas de frequências, como exemplo abaixo:

- TRANSDUTOR CONVEXO com frequências de xx a xx MHz;
- TRANSDUTOR MICRO CONVEXO com frequências de xx a xx MHz;
- TRANSDUTOR LINEAR com frequências de xx a xx MHz;
- TRANSDUTOR SETORIAL ADULTO OU PEDIATRICO com frequências de xx a xx MHz;
- TRANSDUTOR ENDOCAVITARIO com frequências de xx a xx MHz;

Portanto, para uma participação mais assertiva, aguardamos resposta da nossa solicitação de esclarecimento.

Por gentileza confirmar recebimento.

Permaneço a disposição e aguardo retorno.

Atenciosamente,



**Cristiana Sousa**

Analista de Licitação  
(16) 3512-1210

E-mail: [cristiana.sousa@alliage-global.com](mailto:cristiana.sousa@alliage-global.com)