LAUDO DE ACEITABILIDADE DE AMOSTRAS

PREGÃO ELETRÔNICO/SRP N.º 07/2024

Pelo presente instrumento, declaramos que a empresa **NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA,** inscrita sob **CNPJ n.º 48.682.555/0001-97** apresentou amostra do produto referente aos itens 20, 21, 22 e 25, conforme previsto no edital, nas marcas abaixo discriminadas:

Item	Especificação	Marca	Observação
20	CATÉTER HIDROFÍLICO de pronto uso adulto versão pocket, na versão masculina, para cateterismo intermitente limpo (CIL), de uso único, com ponta introdutória e manga de proteção, livre de toque, confeccionado em PVC (Policloreto de Vinila), com revestimento hidrofílico PVP (Poli-N-vinilpirrolidona), elastômero termoplástico, polietileno de baixa densidade, filme de poliuretano. Não possui látex, livre de ftalatos. Foi projetado para ser uniformemente lubrificado, facilitando sua inserção. Tamanho 12 FR com 40 cm de comprimento. Caixa com 30 unidades.	Coloplast	Reprovado
21	CATÉTER HIDROFÍLICO de pronto uso adulto versão pocket, na versão masculina, para cateterismo intermitente limpo (CIL), de uso único, com ponta introdutória e manga de proteção, livre de toque, confeccionado em PVC (Policloreto de Vinila), com revestimento hidrofílico PVP (Poli-N-vinilpirrolidona), elastômero termoplástico, polietileno de baixa densidade, filme de poliuretano. Não possui látex, livre de ftalatos. Foi projetado para ser uniformemente lubrificado, facilitando sua inserção. Tamanho 12 FR com 40 cm de comprimento. Caixa com 30 unidades.	Coloplast	Reprovado
22	PÓ PROTETOR que absorve a umidade da pele periestomal lesionada, formando uma barreira protetora que auxilia na regeneração da pele melhora a fixação dos dispositivos para estomia. Composto por gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica. Embalagem com no mínimo 26g.	Coloplast	Aprovado
25	LENÇO BARREIRA, película protetora de pele composta por, no mínimo, copolímero de metacrilato. Apresentação: caixa com 100 unid., lenço de uso único, embalado individualmente em sachê de alumínio, para proteção da pele exposta ao conteúdo intestinal, urinário e adesivo.	Coloplast	Aprovado

Desta forma, após conferência, **APROVAMOS os itens 22 e 25** das amostras apresentadas pela empresa acima citada.

E **REPROVAMOS os itens 20 e 21** das amostras apresentadas pela empresa acima citada pelo seguinte motivo:

Não respeitou o solicitado no edital quando o produto ofertado pela empresa vencedora não atende o descritivo CATÉTER HIDROFÍLICO de pronto uso adulto versão pocket, na versão masculina, para cateterismo intermitente limpo (CIL), de uso único, com ponta introdutória e manga de proteção, livre de toque, Confeccionado em PVC (Policloreto de Vinila), com revestimento hidrofílico PVP (Poli-N-vinilpirrolidona), elastômero termoplástico, polietileno de baixa densidade, filme de poliuretano.

Não contém: ponta introdutória e manga de proteção, livre de toque.

Ibitinga-SP, 27 de dezembro de 2024.

Carla Juliana Stanzani Fuzino
Membro da Comissão de avaliação
Enfermeira

Jaqueline Marilaine Landim de Jesus
Membro da Comissão de avaliação
Enfermeira