

AO

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 07/2025

Edital n.º 08/2025 Processo Licitatório n.º 11/2025

OBJETO: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes hospitalares para cumprimento de emendas impositivas municipais, conforme especificações contidas no **Anexo I do Edital**.

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO

MINAS SURGICAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.326.583/0001-94, Inscrição Estadual nº 19171420010, com sede na Rua Cesario Alvim, 1083, loja, CEP 30.720-270, e-mail: licitacoes@bluehealth.com.br, 31 – 3164-4181, no interesse de participação no futuro processo supracitado, vem respeitosamente perante a ilustre presença de V.Sa., solicitar esclarecimento junto ao termo descriptivo, como segue:

ITEM 06- ARCO CIRÚRGICO

DO PRAZO DE ENTREGA

Edital Solicita: 45 (quarenta e cinco) dias

Nossos equipamentos são de origem importada, fabricação complexa, fabricado de acordo com as necessidades e solicitações do órgão adquirente, portanto demandando maior tempo. Ainda levando em consideração que os equipamentos possuem partes e peças ou ainda sua totalidade de procedência estrangeira, sugerimos assim que, o **prazo seja alterado para 90 (noventa) dias**, a contar da data do recebimento da Nota de Empenho ou documento equivalente, para tornar viável o tempo para a fabricação e trâmites de logística e desembarque.

Nesse sentido, todas as empresas aptas e interessadas a fornecer para esta Administração poderão participar deste certame e o tão consagrado princípio da competitividade restará resguardado.

Importante ressaltar que tais alterações, repita-se, em nada afetará a qualidade e execução dos exames, do contrário, caso seja a mesma aceita, possibilitará a participação do maior número de empresas, o que consequentemente aumentará as chances desta r. Administração obter produto com melhor preço com a qualidade que se faz necessária.

Edital Solicita: (02)Dois monitores TFT ou LCD de matriz ativa de no mínimo 18 polegadas;

Solicitamos alterar para: (02)Dois monitores TFT ou LCD de matriz ativa de no mínimo 18 polegadas OU monitor único de 27" 4K UHD, colorido alta definição e resolução mínima de 3840 x 2160 pixels brilho máximo de no mínimo 500cd/m2

JUSTIFICATIVA

A evolução da tecnologia permite que um monitor único e de alta resolução desempenhe a mesma função de um equipamento com dois monitores, possibilitando a visualização de duas telas simultâneas. Como se trata de uma tecnologia atual, em um monitor de 27" pode-se ampliar a imagem adquirida com ganho

extremamente significativo se referenciado a monitores convencionais de 19 polegadas, configurando tecnologia superior. Sugere-se também o ajuste das especificações afim de garantir que o monitor possa exibir as imagens com qualidade com alto brilho e alta qualidade da imagem capturada no monitor para maior contraste na visualização e, desta forma, maior assertividade no procedimento e segurança do paciente.

Edital Sólicita: GRAVADOR DE DVD/CD

Solicitamos alterar para: GRAVADOR DE DVD/CD e/ou exportação USB

JUSTIFICATIVA: Os sistemas de gravação por mídia (CD/DVD) já estão em obsolescência, tornando seu uso ultrapassado. Sistemas de gravação USB, além de terem maior taxa de gravação, têm maior segurança, e, junto com o sistema DICOM, possibilitam uma maior armazenagem dos dados. Desta forma, solicita-se aceitação desta tecnologia.

DO PEDIDO

Diante de todo o exposto, de modo a possibilitar a ampliação do número de licitantes e consequentemente o alcance da melhor proposta ao Poder Público, requer sejam realizadas as modificações do instrumento editalício do presente certame nos termos expostos na presente, como correta medida de direito.

Termos em que,
Pede deferimento.

Termos em que,
Pede deferimento.

Belo Horizonte, MG, 26 de novembro de 2025.

JOSE CURSINO

FERREIRA:1315869284

8

Assinado de forma digital por JOSE
CURSINO FERREIRA:13158692848
Dados: 2025.11.26 15:35:09 -03'00'

JOSÉ CURSINO FERREIRA

Supervisor de Licitações

Assunto: Re: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO. PREGÃO ELETRÔNICO N.º 07/2025 Edital n.º 08/2025 Processo Licitatório n.º 11/2025 (42198)
De: Compras <compras@samsibitinga.sp.gov.br>
Data: 27/11/2025, 09:12
Para: Jennifer Alves <jennifer.alves@jcalicitar.com.br>

Bom dia!

Em atenção ao pedido de esclarecimentos informamos que:

- 1. DO PRAZO DE ENTREGA:** Informamos que será seguido o disposto no item 13 do edital, tanto para o prazo de entrega, quanto para eventuais pedidos de prorrogação desde que atendidos os moldes do mesmo.
- 2. QUANTO AO DESCRIPTIVO:** Informamos que o edital solicita as características mínimas para o item, sendo que características ofertadas a mais do exigido serão aceitas.

Atenciosamente,

Larissa Longuini Alves

Pregoeira

Em 26/11/2025 15:49, Jennifer Alves escreveu:

Prezados, boa tarde.

Segue tempestivamente solicitação de esclarecimento referente ao PREGÃO ELETRÔNICO N.º 07/2025 Edital n.º 08/2025 Processo Licitatório n.º 11/2025.

Por gentileza, acusar o recebimento.

Obrigada.



Jennifer Alves Licitações Públicas

jennifer.alves@jcalicitar.com.br
(11) 96206-9071

